

Aanvrager : Machine fabriek Pillen B.V.
Dieselstraat 16
7131 PC Lichtenvoorde
Nederland

Onderzocht : 3D coördinaten meetmachine (CMM)
fabrikaat : Mitutoyo
type : CRT-A-S7106
serienummer : 0287409

Wijze van onderzoek : Aan de CMM zijn de volgende metingen uitgevoerd.

1D- en 3D- metingen.

Hierbij wordt de nauwkeurigheid op meerdere posities van de machine bepaald.

Bovenstaande metingen zijn uitgevoerd m.b.v. een door Mitutoyo ontwikkeld software pakket.

Resultaat : Het resultaat van de metingen is weergegeven op de volgende bladen (indien relevant is ter verduidelijking een aanduiding van de machine coördinaten gegeven).

Omgevingscondities : (18,8 – 19,4) °C

Datum van onderzoek : 23-5-2018

Herleidbaarheid : De metingen zijn uitgevoerd met standaarden waarvan de herleidbaarheid naar (inter)nationale standaarden, ten overstaan van de Raad voor Accreditatie, is aangetoond.

Gemeten door:



Naam J.G.J. Kuipers
Functienaam Field Service Engineer